



ЕС Декларация за съответствие

За следното оборудване:

Име на продукта: Wrist Ambulatory Blood Pressure Monitor
Модел: LCA-B10,LCA-B11
Име на производителя: Huawei Device Co., Ltd.
Адрес на производителя: No.2 of Xincheng Road, Songshan Lake Zone, Dongguan, Guangdong
523808, People's Republic of China

Ние, Huawei Device Co., Ltd. декларираме на собствена отговорност, че горепосоченият продукт е в съответствие със следните директиви и стандарти:

Директива (RoHS) 2011/65/EC: EN IEC 63000:2018

Директива 2014/53/EC относно радио оборудването:

Член 3.1, буква а), EN 62368-1:2014+A11:2017

относно безопасността:

Член 3.1, буква б), EN 55032:2015+A11:2020,EN 55035:2017+A11:2020,EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,EN 61000-3-3:2013+A2:2021,EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-3 V2.3.2,EN 301 489-17 V3.2.4,EN 301 489-19 V2.2.1

относно

електромагнитната

съвместимост:

Член 3.1, буква а), EN 50360:2017+A1:2023,EN 50364:2018,EN 50566:2017+A1:2023,EN 62209-1:2016,EN 62209-2:2010+A1:2019,EN IEC/IEEE 62209-1528:2021,EN IEC 62311:2020,EN 62479:2010

относно здравето:

Член 3.2 за EN 300 328 V2.2.2,EN 300 330 V2.1.1,EN 303 413 V1.2.1,EN 303 417

радиосъоръженията: V1.1.1

Процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 17 и описана подробно в риложение III на директивата относно радио оборудването, бе изпълнена с участието на нотифицирания орган:

Нотифициран орган: Intertek SEMKO AB

NB №: 0413

Сертификат №: SE-RED-2400563 Ed.1

Акcesoари: Батерии: HB572728EGW-11

EasyCharge Cable: CW04

Софтуер: 4.2.0.12

Забележка: Някои софтуерни актуализации ще бъдат пуснати от производителя за коригиране на някои грешки и за подобряване на някои функции след пускане на пазара. Всички версии, предоставени от производителя, са проверени и отговарят на съответните правила. Всички RF параметри (напр., честотен обхват, изходна мощност) не са достъпни за потребителя и той не може да ги променя.

Отговорност за тази декларация носи:

Производителят

Упълномощеният представител с регистрация в ЕС

Лице, отговорно за тази декларация

Име и фамилия: Xue Fuqiang

Длъжност/Титла: Ръководител по регулаторно съответствие

Място):Dongguan, Китай

Дата): 2024/06/06

(Подпис)